

ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/100-100	100	500
100/100-200	200	1000

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.:

	Serum			Urine		
Normal:	<input type="text" value="4.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Decrement:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Increment:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Abs. Limit:	<input type="text" value="0.5"/>			<input type="text" value="0.5"/>		
Prozone Limit:	<input type="text" value="-3"/>			<input type="text" value="-3"/>		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
R2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item:
 Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S1"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S2"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

Time out
 Blank calibration: Hour
 Span calibration: Hour
 2 point calibration: Hour
 Full point calibration: Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

ALBUMINA

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/110-200	200	500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.:

	Serum			Urine		
Normal:	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Decrement:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Increment:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Abs. Limit:	<input type="text" value="0.8"/>			<input type="text" value="0.8"/>		
Prozone Limit:	<input type="text" value="-3"/>			<input type="text" value="-3"/>		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
R2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Save

Calibration Parameters

Test Item:
 Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S1"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S2"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

Time out
 Blank calibration: Hour
 Span calibration: Hour
 2 point calibration: Hour
 Full point calibration: Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

α-AMILASE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/130-060	60	300
100/130-240	240	1200

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.:

	Serum			Urine		
Normal:	<input type="text" value="4.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Decrement:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Increment:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Abs. Limit:	<input type="text" value="1.5"/>			<input type="text" value="1.5"/>		
Prozone Limit:	<input type="text" value="-3"/>			<input type="text" value="-3"/>		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
R2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Save

Calibration Parameters

Test Item: Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S1"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S2"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

Time out
 Blank calibration: Hour
 Span calibration: Hour
 2 point calibration: Hour
 Full point calibration: Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

BILIRRUBINA DMSO FRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/150-100	100	500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.:

	Serum			Urine		
Normal:	10	0	0	10	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	3			3		
Prozone Limit:	-3			-3		

Positiv Reaction
Lower Limit

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	200	0	0
R2:	6	0	0

Save

Calibration Parameters

Test Item: Calibration Methods: Point: Span:
 Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum						Urine					
-Specific Value						-Specific Value					
Age		-Male-		-Female-		Age		-Male-		-Female-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0

Specific Value:

Linear Range:

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

BILIRRUBINA DMSO FRAÇÃO TOTAL

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/160-100	100	500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.:

	Serum			Urine		
Normal:	10	0	0	10	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	3			3		
Prozone Limit:	-3			-3		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	200	0	0
R2:	6	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Calibration Methods: Point: Span:
 Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum						Urine					
-Specific Value						-Specific Value					
Age		-Male-		-Female-		Age		-Male-		-Female-	
0	0	Years	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0	0	200	Years	0	0

Specific Value:

Linear Range:

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CÁLCIO ARSENAZO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/190-100	100	500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.:

	Serum			Urine		
Normal:	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Decrement:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Increment:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Abs. Limit:	<input type="text" value="1.6"/>			<input type="text" value="1.6"/>		
Prozone Limit:	<input type="text" value="-3"/>			<input type="text" value="-3"/>		

Reagente	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
R2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S1"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S2"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -
 Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CK-MB BIREAGENTE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/220-050	50	250
100/220-100	100	500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution

Sample Vol.

Reagente

	Serum			Urine		
Normal:	8.0	0	0	8.0	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	0.5			0.5		
Prozone Limit:	-3			-3		

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	160	0	0
R2:	40	0	0

Calibration Parameters

Test Item:
 Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup:

Discreteness Checkup: Abs.

Sensitivity checkup:

Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

Time out
 Blank calibration: Hour
 Span calibration: Hour
 2 point calibration: Hour
 Full point calibration: Hour

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
0	0		0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
0	0		0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Default Value

Linear Range

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CK-NAC BIREAGENTE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/230-050	50	250
100/230-100	100	500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.

	Serum			Urine		
Normal:	4.0	0	0	4.0	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	0.5			0.5		
Prozone Limit:	-3			-3		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	160	0	0
R2:	40	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Drift rate checkup:
 Calibration Methods: Point: Span: Discreteness Checkup: Abs.
 Calibration Solution Sensitivity checkup:
 (1) # S1 # 0 0 Blank horizontal checkup: -
 (2) # S2 # 0 0 Automatic calibration:
 (3) 0 0 0 0
 (4) 0 0 0 0
 (5) 0 0 0 0
 (6) 0 0 0 0

Time out
 Blank calibration: Hour
 Span calibration: Hour
 2 point calibration: Hour
 Full point calibration: Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum				Urine			
-Specific Value				-Specific Value			
Age		-Male-	-Female-	Age		-Male-	-Female-
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	200	0	0	0	200	0	0

Specific Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

COLESTEROL ENZIMÁTICO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/280-200	200	1000
100/280-500	500	2500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution

Sample Vol.

	Serum			Urine		
Normal:	2.0	0	0	2.0	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	1.2			1.2		
Prozone Limit:	-3			-3		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	200	0	0
R2:	0	0	0

Calibration Parameters

Test Item: Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

Time out
 Blank calibration: Hour
 Span calibration: Hour
 2 point calibration: Hour
 Full point calibration: Hour

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age			-Male-		-Female-	
0	0	Years	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age			-Male-		-Female-	
0	0	Years	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Default Value

Linear Range

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

COLESTEROL HDL DIRETO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/250-080	80	400
100/250-240	240	1200

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution

Sample Vol.

Reagente

	Serum			Urine		
Normal:	2.0	0	0	2.0	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	0.5			0.5		
Prozone Limit:	-3			-3		

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	150	0	0
R2:	50	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Drift rate checkup:
 Calibration Methods: Point: Span: Discreteness Checkup: Abs.
 Calibration Solution Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum						Urine								
-Specific Value						-Specific Value								
Age		Years	-Male-		-Female-		Age		Years	-Male-		-Female-		
0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0	0	200	Years	0	0	0	0	

Specific Value:

Default Value:

Linear Range:

Linear Range:

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

CREATININA CINÉTICA

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/300-250	250	1000

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.

	Serum			Urine		
Normal:	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Decrement:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Increment:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Abs. Limit:	<input type="text" value="0.6"/>			<input type="text" value="0.6"/>		
Prozone Limit:	<input type="text" value="-3"/>			<input type="text" value="-3"/>		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
R2:	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Drift rate checkup:
 Calibration Methods: Point: Span: Discreteness Checkup: Abs.
 Calibration Solution Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

	#	S1	#	0	0
(1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(6)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum						Urine					
-Specific Value						-Specific Value					
Age		-Male-		-Female-		Age		-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Specific Value:

Default Value:

Linear Range:

Linear Range:

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

FERRO CROMAZUROL B

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/330-050	50	250

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.

	Serum			Urine		
Normal:	10	0	0	10	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	1.6			1.6		
Prozone Limit:	-3			-3		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	200	0	0
R2:	0	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Drift rate checkup:
 Calibration Methods: Point: Span: Discreteness Checkup: Abs.
 Calibration Solution Sensitivity checkup:
 (1) # S1 # 0 0 Blank horizontal checkup: -
 (2) # S2 # 0 0
 (3) 0 0 0 0
 (4) 0 0 0 0
 (5) 0 0 0 0
 (6) 0 0 0 0

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum						Urine					
-Specific Value						-Specific Value					
Age		-Male-		-Female-		Age		-Male-		-Female-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0

Specific Value

Default Value

Linear Range

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/360-100	100	660

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank:

Assay: Test Time: Point: Control interval:

Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution:

Sample Vol.:

	Serum			Urine		
Normal:	3	0	0	3	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	1.8			1.8		
Prozone Limit:	-3			-3		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	120	0	0
R2:	30	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item:

Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup: Abs.

Discreteness Checkup: Abs.

Sensitivity checkup:

Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum						Urine					
-Specific Value						-Specific Value					
Age		-Male-		-Female-		Age		-Male-		-Female-	
0	0	Years	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Specific Value:

Default Value:

Linear Range:

Linear Range:

Save

Valores inseridos pelo operador
* Inserir os valores do padrão ou do calibrador
** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
@ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

FÓSFORO UV

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/380-200	200	1000

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.

	Serum			Urine		
Normal:	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Decrement:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Increment:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Abs. Limit:	<input type="text" value="2.3"/>			<input type="text" value="2.3"/>		
Prozone Limit:	<input type="text" value="-3"/>			<input type="text" value="-3"/>		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
R2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Drift rate checkup:
 Calibration Methods: Point: Span: Discreteness Checkup: Abs.
 Calibration Solution Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

	#	S1	#	0	0
(1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(6)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum						Urine					
-Specific Value						-Specific Value					
Age		-Male-		-Female-		Age		-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Specific Value

Default Value

Linear Range

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

GAMA GT BIREAGENTE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/400-100	100	660

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution

Sample Vol.

Reagente

	Serum			Urine		
Normal:	15	0	0	15	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	1.6			1.6		
Prozone Limit:	-3			-3		

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	120	0	0
R2:	30	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item:
 Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup:

Discreteness Checkup: Abs.

Sensitivity checkup:

Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

Time out
 Blank calibration: Hour
 Span calibration: Hour
 2 point calibration: Hour
 Full point calibration: Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		-Male-	-Female-
0	0	0	0
0	0	0	0
0	200	0	0

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		-Male-	-Female-
0	0	0	0
0	0	0	0
0	200	0	0

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

GLICOSE ENZIMÁTICA

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/410-500	500	2500
100/410-1000	1000	5000

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution

	Serum			Urine		
Normal:	2.0	0	0	2.0	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	2.5			2.5		
Prozone Limit:	-3			-3		

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	200	0	0
R2:	0	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		-Male-	-Female-
0	0	0	0
0	0	0	0
0	200	0	0

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		-Male-	-Female-
0	0	0	0
0	0	0	0
0	200	0	0

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

TGO CINÉTICO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/420-100	100	660

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution

	Serum			Urine		
Normal:	15	0	0	15	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	1.3			1.3		
Prozone Limit:	-3			-3		

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	120	0	0
R2:	30	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Drift rate checkup:
 Calibration Methods: Point: Span: Discreteness Checkup: Abs.
 Calibration Solution Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

	#	S1	#	0	0
(1)	#	S2	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
0	0		0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
0	0		0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

TGP CINÉTICO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/430-100	100	660

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.

	Serum			Urine		
Normal:	15	0	0	15	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	1.3			1.3		
Prozone Limit:	-3			-3		

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	120	0	0
R2:	30	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Drift rate checkup:
 Calibration Methods: Point: Span: Discreteness Checkup: Abs.
 Calibration Solution Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

	#	S1	#	0	0
(1)	#	S2	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum						Urine					
-Specific Value						-Specific Value					
Age		-Male-		-Female-		Age		-Male-		-Female-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0

Specific Value

Default Value

Linear Range

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

LACTATO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/460-100	100	500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.:

	Serum			Urine		
Normal:	2.0	0	0	2.0	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	3.0			3.0		
Prozone Limit:	-3			-3		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	180	0	0
R2:	20	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item:
 Calibration Methods: Point: Span:
 Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
0	0		0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
0	0		0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

LDH CINÉTICO

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/470-100	100	660

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank:

Assay: Test Time: Point: Control interval:

Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution:

Sample Vol.:

	Serum			Urine		
Normal:	3.0	0	0	3.0	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	1.1			1.1		
Prozone Limit:	-3			-3		

Positiv Reaction
Lower Limit

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	120	0	0
R2:	30	0	0

Save

Calibration Parameters

Test Item:

Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup: Abs.

Discreteness Checkup: Abs.

Sensitivity checkup:

Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum						Urine					
-Specific Value						-Specific Value					
Age		-Male-		-Female-		Age		-Male-		-Female-	
0	0	Years	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Specific Value:

Default Value:

Linear Range:

Linear Range:

Save

Valores inseridos pelo operador
* Inserir os valores do padrão ou do calibrador
** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
@ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

MAGNÉSIO MONOREAGENTE

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/500-100	100	500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.

	Serum			Urine		
Normal:	2.0	0	0	2.0	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	1.1			1.1		
Prozone Limit:	-3			-3		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	200	0	0
R2:	0	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

Time out
 Blank calibration: Hour
 Span calibration: Hour
 2 point calibration: Hour
 Full point calibration: Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age			-Male-		-Female-	
0	0	Years	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age			-Male-		-Female-	
0	0	Years	0	0	0	0
0	0	Years	0	0	0	0
0	200	Years	0	0	0	0

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

PROTEÍNAS TOTAIS

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/530-250	250	1250

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.

	Serum			Urine		
Normal:	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Decrement:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Increment:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Abs. Limit:	<input type="text" value="1.0"/>			<input type="text" value="1.0"/>		
Prozone Limit:	<input type="text" value="-3"/>			<input type="text" value="-3"/>		

Reagente

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
R2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item:
 Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S1"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S2"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Drift rate checkup:
 Discreteness Checkup: Abs.
 Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

Time out
 Blank calibration: Hour
 Span calibration: Hour
 2 point calibration: Hour
 Full point calibration: Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age		Years	-Male-		-Female-	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	Years	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Default Value

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO

CÓDIGO.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/610-100	100	500
100/610-250	250	1250
100/610-500	500	2500

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank

Assay: Test Time: Point: Control interval:

Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution

Sample Vol. Reagente

	Serum			Urine		
Normal:	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Decrement:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Increment:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Abs. Limit:	<input type="text" value="1.5"/>			<input type="text" value="1.5"/>		
Prozone Limit:	<input type="text" value="-3"/>			<input type="text" value="-3"/>		

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
R2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Calibration Parameters

Test Item:

Calibration Methods: Point: Span:

Calibration Solution

(1)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S1"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="S2"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Drift rate checkup:
Discreteness Checkup: Abs.
Sensitivity checkup:
Blank horizontal checkup: -

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Range Parameters

Test Item:

Serum

-Specific Value

Age	Years	-Male-	-Female-
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Specific Value

Linear Range

Urine

-Specific Value

Age	Years	-Male-	-Female-
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Default Value

Linear Range

Valores inseridos pelo operador
* Inserir os valores do padrão ou do calibrador
** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
@ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.

URÉIA UV BIREAGENTE

CÓDIGO	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
100/630-200	200	1000

Analyze Parameters

Test Item: Teste Full Name: Decimal Digit: Unit: Sample Blank
 Assay: Test Time: Point: Control interval:
 Main Wave: Second Wave: Instrument Factor (Y=aX+b) a= b= Always dilution
 Sample Vol.

	Serum			Urine		
Normal:	2.0	0	0	2.0	0	0
Decrement:	0	0	0	0	0	0
Increment:	0	0	0	0	0	0
Abs. Limit:	2.5			2.5		
Prozone Limit:	-3			-3		

	Vol.	Dil.	Pos.
R1:	160	0	0
R2:	40	0	0

Positiv Reaction
Lower Limit

Save

Calibration Parameters

Test Item: Drift rate checkup:
 Calibration Methods: Point: Span: Discreteness Checkup: Abs.
 Calibration Solution Sensitivity checkup:
 Blank horizontal checkup: -

(1)	#	S1	#	0	0
(2)	#	S2	#	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Automatic calibration:

	Time out
Blank calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Span calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
2 point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour
Full point calibration:	<input type="text" value="0"/> Hour

Save

Range Parameters

Test Item:

Serum				Urine			
-Specific Value				-Specific Value			
Age		-Male-	-Female-	Age		-Male-	-Female-
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	200	0	0	0	200	0	0

Specific Value

Default Value

Linear Range

Linear Range

Save

Valores inseridos pelo operador
 * Inserir os valores do padrão ou do calibrador
 ** Checar o fator com o uso de um soro controle ou calibrador.
 @ Calculado pelo analisador

Todos os dados desta programação deverá ser validada pelo laboratório.
 Consultar a instrução de uso do produto para maiores informações a respeito da metodologia, reagentes e amostras.